

EQUIPO	FECHA INICIO TEST	HORA DE INICIO	RESPONSABLE INICIO	FECHA RETIRO	HORA RETIRO	RESPONSABLE RETIRO	NUMERO DE CARGA	RESULTADO	VERIFICADOR
Phonix	23.11.23	9:36	Pana	23.11.23	12:45	Pana	8926	Negativo	3M Attest™ EES 1252 & steaerothermophilus P
Staleco	23.11.23	9:44	Pana	23.11.23	12:50	Pana	5184	Negativo	3M Attest™ EES 1252 & steaerothermophilus S
Steelco	30.11.23	10:22	Astid	30.11.23	13:48	Astid	5208	negativo	3M Attest™ EES 1252 & steaerothermophilus S
PHOENIX	30.11.23	10:30	FEBS	30.11.23	13:48	Astid	8938	negativo	3M Attest™ EES 1252 & steaerothermophilus P
PHOENIX	06.12.23	11:12	Astid	06.12.23	14:24	FEBE	8945		3M Attest™ EES 1252 & steaerothermophilus P NEGATIVO
STEELCO	06.12.23	11:12	Astid	06.12.23	14:24	FEBE	5228		3M Attest™ EES 1252 & steaerothermophilus S NEGATIVO
Phonix	14.12.23	9:50	Pana	14.12.23	13:05	Pana	8554	Negativo	3M Attest™ EES 1252 & steaerothermophilus P
Staleco	14.12.23	10:05	Pana	14.12.23	13:45 Emulo	Pana	5255	Negativo	3M Attest™ EES 1252 & steaerothermophilus S
Phonix	22.12.23	10:33	Astid	22.12.23	14:09	Corman	8868	NEGATIVO	3M Attest™ EES 1252 & steaerothermophilus P