

EQUIPO	FECHA INICIO TEST	HORA DE INICIO	RESPONSABLE INICIO	FECHA RETIRO	HORA RETIRO	RESPONSABLE RETIRO	NUMERO DE CARGA	RESULTADO	VERIFICADOR
Skelco	19.10.23	9:42	Carmen	19.10.23	14:07	Carmen	5066	NEGATIVO	3M Attest EBE 1262 (EEM) G. steatothermophilus
Skelco	26.10.23	11:07	Carmen	26.10.23	14:30	FEBE	5088	NEGATIVO	3M Attest EBE 1262 (EEM) G. steatothermophilus
Phoenix	26.10.23	12:10	Ashid	26.10.23	15:14	Ashid	8886	Negativo	3M Attest EBE 1262 (EEM) G. steatothermophilus
Phoenix	2.11.23	09:29	FEBE	02.11.23	13:24	FEBE	8892	NEGATIVO	3M Attest EBE 1262 (EEM) G. steatothermophilus
Skelco	2.11.23	10:42	Rena	02.11.23	13:55	FEBE	5102	NEGATIVO	3M Attest EBE 1262 (EEM) G. steatothermophilus
Phoenix	9.11.23	9:51	Carmen	09.11.23	14:11	Carmen	8903	NEGATIVO	3M Attest EBE 1262 (EEM) G. steatothermophilus
Skelco	09.11.23	10:09	Ashid	09.11.23	14:11	Carmen	5127	NEGATIVO	3M Attest EBE 1262 (EEM) G. steatothermophilus
Phoenix	16.11.23	9:49	Rena	16.11.23	12:50	Rena	8914	NEGATIVO	3M Attest EBE 1262 (EEM) G. steatothermophilus
Skelco	16.11.23	9:55	Rena	16.11.23	12:59	Rena	5153	NEGATIVO	3M Attest EBE 1262 (EEM) G. steatothermophilus