

EQUIPO	FECHA INICIO TEST	HORA DE INICIO	RESPONSABLE INICIO	FECHA RETIRO	HORA RETIRO	RESPONSABLE RETIRO	NUMERO CARGA	RESULTADO	VERIFICADOR
Steelco	14.10.24	9:20	Puma	14.10.24	12:34	Puma	6241	Negativo	3M Attest REF 1262 G. stearothermophilus S
Phoenix	14.10.24	10:02	Puma	17.10.24	13:51	Felipe	6232	Negativo	3M Attest REF 1262 G. stearothermophilus P
Phoenix	24.10.24	9:28	Astid	24.10.24	13:57	Astid	6245	negativo	3M Attest REF 1262 G. stearothermophilus P
Steelco	24.10.24	9:28	Astid	24.10.24	13:57	Astid	6261	negativo	3M Attest REF 1262 G. stearothermophilus S
Phoenix	30.10.24	9:11	Astid	24.10.24	14:06	Astid	6252	negativo	3M Attest REF 1262 G. stearothermophilus P
Steelco	30.10.24	9:31	Astid	24.10.24	14:06	Astid	6282	negativo	3M Attest REF 1262 G. stearothermophilus S
Steelco	07.11.24	10:26	Felipe	07.11.24	14:07	Astid	6298	negativo	3M Attest REF 1262 G. stearothermophilus S
Phoenix	07.11.24	11:11	Astid	07.11.24	15:26	Astid	6261	negativo	3M Attest REF 1262 G. stearothermophilus S