

EQUIPO	FECHA INICIO TEST	HORA DE INICIO	RESPONSABLE INICIO	FECHA RETIRO	HORA RETIRO	RESPONSABLE RETIRO	NUMERO CARGA	RESULTADO	VERIFICADOR
Stulco	18.08.23	9:32	Pina	18.08.23	12:46	Pina	4842	Negativo	3M Attest™ REF 1262 G. stearothermophilus 2024-03-02 13:00
Stulco	24.8.23	12:06	Ashu	24.8.23	15:30	Gloria	4867	Negativa	3M Attest™ REF 1262 G. stearothermophilus 2024-03-02 13:00
Phonix	24.8.23	12:08	Carmen	24.8.23	15:30	Gloria	8298	Negativo	3M Attest™ REF 1262 G. stearothermophilus 2024-03-02 13:00
Stulco	31.8.23	12:00	Carmen	31.8.23	14:15	Carmen	4894	Negativo	3M Attest™ REF 1262 G. stearothermophilus 2024-03-02 13:00
Phonix	31.8.23	11:00	Carmen	31.8.23	14:15	Carmen	8306	Negativo	3M Attest™ REF 1262 G. stearothermophilus 2024-03-02 13:00
Stulco	04.09.23	9:11	Pina	04.09.23	12:15	Pina	4926	Negativo	3M Attest™ REF 1262 G. stearothermophilus 2024-03-02 13:00
Phonix	04.09.23	9:14	Pina	04.09.23	12:18	Pina	8215	Negativo	3M Attest™ REF 1262 G. stearothermophilus 2024-03-02 13:00
Phonix	14.09.23	9:22	Pina	14.09.23	12:30	Pina	8228	Negativo	3M Attest™ REF 1262 G. stearothermophilus 2024-03-02 13:00
Stulco	14.09.23	8:25	Pina	14.09.23	12:36	Pina	4952	Negativo	3M Attest™ REF 1262 G. stearothermophilus 2024-03-02 13:00