

| EQUIPO  | FECHA INICIO TEST | HORA DE INICIO           | RESPONSABLE INICIO | FECHA RETIRO | HORA RETIRO | RESPONSABLE RETIRO | NUMERO DE CARGA         | RESULTADO | VERIFICADOR                                          |
|---------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Phoenix | 26.01.23          | 9:27                     | Carmen             | 26.01.23     | 12:30       | Kathy U            | 2062<br><del>2072</del> | Negativo. | 3M Attest™<br>REF 1252<br>G. steatothermophilus<br>P |
| Phoenix | 02.02.23          | 9 <sup>50</sup>          | Kathy U.           | 02.02.23     | 13:33       | Kathy U.           | 2074                    | Negativo  | 3M Attest™<br>REF 1252<br>G. steatothermophilus<br>P |
| Steelco | 02.02.23          | 10 <sup>14</sup>         | Kathy U.           | 02.02.23     | 13:33       | Kathy U.           | 4117                    | Negativo  | 3M Attest™<br>REF 1252<br>G. steatothermophilus<br>S |
| Steelco | 09.02.23          | 9 <sup>46</sup>          | Kathy U.           | 09.02.23     | 13:05       | Carmen             | 4142                    | Negativo  | 3M Attest™<br>REF 1252<br>G. steatothermophilus<br>S |
| Phoenix | 09.02.23          | 9 <sup>52</sup>          | Kathy U.           | 09.02.23     | 13:05       | Carmen             | 2084                    | Negativo  | 3M Attest™<br>REF 1252<br>G. steatothermophilus<br>P |
| Phoenix | 16.02.23          | 9:18                     | Carmen. U          | 16.02.23     | 12:22       | Kathy U.           | 2096                    | Negativo  | 3M Attest™<br>REF 1252<br>G. steatothermophilus<br>P |
| Steelco | 16.02.23          | 9:18                     | Carmen. U          | 16.02.23     | 12:22       | Kathy U.           | 4167                    | Negativo  | 3M Attest™<br>REF 1252<br>G. steatothermophilus<br>S |
| Phoenix | 23.02.23          | Equipo Fuera de Servicio |                    |              |             |                    |                         |           |                                                      |
| Steelco | 23.02.23          | 10:06                    | Carmen. U          | 23.02.23     | 13:06       | Kathy U.           | 4192                    | Negativo  | 3M Attest™<br>REF 1252<br>G. steatothermophilus<br>S |