

EQUIPO	FECHA INICIO TEST	HORA DE INICIO	RESPONSABLE INICIO	FECHA RETIRO	HORA RETIRO	RESPONSABLE RETIRO	NUMERO CARGA	RESULTADO	VERIFICADOR
Pibacx	05.9.24	10:43	Ashid.	05.9.24.	14:18	Ashid	5914.	negativo.	3M Attest™ RED 1262 G. stearothermophilus P
Steelco	12.9.24	10:18	Astzid.	12.9.24.	13:40	VATESKA.	6158	NEGATIVO	3M Attest™ RED 1262 G. stearothermophilus S
Phoenix	12-9-24	10:53.	VATESKA.	12.9.24.	14:34	Astzid	5925	Negativo	3M Attest™ RED 1262 G. stearothermophilus P
Steelco	24.9.24	9:42	Puma	24.9.24	12:50	Puma	6149	Negativo	3M Attest™ RED 1262 G. stearothermophilus S
Phoenix	24.9.24	9:44	Puma	24.9.24	12:55	Puma	5939	Negativo	3M Attest™ RED 1262 G. stearothermophilus P
Steelco	03.10.24	9:21	Puma	03.10.24	12:30	Puma	6200	Negativo	3M Attest™ RED 1262 G. stearothermophilus S
Phoenix	03.10.24	9:42	Puma	03.10.24	12:50	Puma	6188	Negativo	3M Attest™ RED 1262 G. stearothermophilus P
Phoenix	10.10.24	10:31	Puma	10.10.24	13:50	Puma	6201 Puma	Negativo	3M Attest™ RED 1262 G. stearothermophilus P
Steelco	10.10.24	10:35	Puma	10.10.24	14:00	Puma	6220	Negativo	3M Attest™ RED 1262 G. stearothermophilus S