



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INDICADOR APL 1.2 MUESTRAS HEMOLIZADAS PERIODO 2025.

Para realizar la medición de este indicador de seguridad, el supervisor de laboratorio obtiene desde el sistema informático de laboratorio (Syslab), el total de muestras para análisis de creatinina en sangre recibidas durante el periodo a evaluar, así como también la cantidad de muestras para el análisis de creatinina que fueron rechazadas por causal de hemólisis en el periodo evaluado.

En ambos casos se evalúa la procedencia correspondiente y de acuerdo con estos se traspasa la información a una planilla Excel, la cual se utiliza para calcular el indicador.

El umbral de cumplimiento propuesto para las muestras rechazadas por hemólisis es $< 1.4\%$

Y la evaluación es trimestral

Los periodos evaluados son Enero -marzo , Abril-junio, Julio-septiembre y Octubre -diciembre.

Una vez terminado el trimestre a evaluar, y, durante el mes siguiente, se envía informe consolidado de resultados a encargada/o de la unidad de calidad del centro APS correspondiente.



Rodolfo Mamut Henríquez
TM Supervisor
Unidad de Laboratorio clínico
Hospital de Tomé