



METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN INDICADOR APL 1.2 MUESTRAS HEMOLIZADAS AÑO 2023.

Para realizar la medición de este indicador de seguridad, el jefe de laboratorio, obtiene desde el sistema informático de laboratorio (Syslab), el total de muestras recibidas durante el periodo a evaluar, así como la información respecto a las muestras enviadas desde las procedencias respectivas que fueron rechazadas por hemólisis en el laboratorio durante el periodo evaluado. Luego se traspasa la información a una planilla Excel, la cual se utiliza para calcular el indicador.

Trimestralmente, luego de los primeros 15 días del mes siguiente, se envía informe consolidado de resultados a encargada/o de la unidad clínica correspondiente.



Rodolfo Mamut Henríquez
Jefe (s) Unidad de Laboratorio clínico
Y medicina transfusional.
Hospital de Tomé