



METODOLOGIA EVALUACION INDICADOR APL 1.2 MUESTRAS HEMOLIZADAS

AÑO 2022

Para realizar la medición de este indicador de seguridad, Jefe de Laboratorio, obtiene desde sistema informático (Syslab), el total de muestras recibidas durante el periodo a evaluar, así como la información respecto a las muestras enviadas desde las procedencias respectivas que fueron rechazadas por hemolisis en el laboratorio durante el periodo evaluado. Luego se traspasa la información a una planilla Excel, la cual se utiliza para calcular el indicador.

Trimestralmente, luego de los primeros 10 días del mes siguiente, se envía informe consolidado de resultados a encargado(a) de calidad del Cesfam.

Rodolfo Mamut H

Jefe de Laboratorio Clínico y UMT(s)