



**METODOLOGIA INDICADOR GCL
1.3/4 MANEJO DE CADENA DE FRÍO
VACUNATORIO, URGENCIA Y
CECOSF
CESFAM DR. ALBERTO REYES,
TOME**

2024

**LAURA CAMPOS SANDOVAL
ENCARGADA CALIDAD
CESFAM DR. ALBERTO REYES**

Enero 2024

INDICADOR

Título	Porcentaje de días con registro de T° que se encuentran dentro de rangos establecidos y cumplen protocolo de registro, en un trimestre.
Tipo de indicador	Resultado
Dimensión	GCL 1.3
Fórmula	$\frac{\text{N° de días con registro de T° que se encuentran dentro de rangos establecidos y cumplen protocolo de registro, en un trimestre}}{\text{N° total de días con registro de temperatura realizados en un trimestre}} \times 100$
Definición de Términos	Términos definidos en “Protocolo Cadena de Frío”.
Umbral	95 %
Periodicidad de la evaluación	Cada tres meses
Áreas de aplicación	Refrigeradores y termos de vacunas del vacunatorio y servicio de urgencia del CESFAM y CECOSF
Fuentes de información	Grafica control de temperatura Planilla de resumen para establecer días con temperatura dentro de rango y cumplen con el protocolo de registro.
Responsables	Jefe/a Área Técnica , Coordinador/a Urgencia y Enfermera/o de CECOSF

Metodología de evaluación

1.- ALCANCE:

- ✓ Ámbito: Gestión Clínica – Cadena de frío.
- ✓ Característica: **GCL 1.3** Se aplica un programa de evaluación y mejoría de las prácticas clínicas: Vacunatorio CESFAM, Servicio de Urgencia y CECOSF.

2.- RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN:

- ✓ Jefe Área Técnica
- ✓ Coordinador/a Urgencia
- ✓ Enfermera/o CECOSF

3.- MUESTRA:

- ✓ No habrá muestra, ya que se revisarán todos los registros de temperaturas en la gráfica de control de temperatura mensual.

4.- CALENDARIZACIÓN DE MEDICIONES:

- ✓ Frecuencia de medición: Diaria
- ✓ Frecuencia de la evaluación: Trimestral

5.- METODOLOGIA DE LA MEDICION:

- ✓ La medición se revisará de forma directa de la fuente primaria.
- ✓ Se revisarán todos los registros de temperatura realizados en un trimestre.
- ✓ En refrigeradores, se revisarán los registros de temperatura de inicio y término de jornada.
- ✓ En termos se registrará la temperatura del momento.

- ✓ Se considera “Cumplen protocolo de registro”, que el registro sea:
 - Con lápiz rojo para la temperatura máxima
 - Con lápiz verde para temperatura del momento
 - Con lápiz azul para temperatura mínima.
 - Registro mediante puntos y unir con líneas
- ✓ Se considera “Dentro de rangos establecidos”, las temperaturas entre +2°C y +8°C.
- ✓ Se debe completar **ANEXO** “Planilla de resumen para establecer días que cumplen con T° dentro de rango y cumplen con protocolo de registro”.
- ✓ Cuando temperaturas no cumplan con rango de seguridad, se debe dar aviso inmediato a jefatura área técnica o dirección en caso de ausencia, o quien subrogue.
- ✓ De acuerdo rangos y situación se tomarán las medidas asignadas desde jefatura área técnica según proceda el caso.

6.- FUENTE DE INFORMACIÓN:

- ✓ Hojas de registro control diario de temperatura.
- ✓ Planilla de resumen para establecer días con temperatura dentro de rango y cumplen con el protocolo de registro.

7.- CONSIDERACIONES:

7.1 FRENTE A AUSENCIA DE RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN:

- ✓ A quien designe Jefe/a Área Técnica o Dirección del CESFAM.

7.2 FRENTE A NO DISPONIBILIDAD DE FUENTE DE INFORMACIÓN DEFINIDA EN PERIODO A EVALUAR:

- ✓ No se puede realizar la evaluación.

8.- RESULTADO DE LA EVALUACION INDICADOR

- PERIODO EVALUADO:
- INDICADOR:

N° de días con registro de T° que se encuentran dentro de rangos establecidos
y cumplen protocolo de registro, en un trimestre X 100

N° total de días con registro de temperatura realizados en un trimestre

- RESULTADO:

$\frac{\text{Cantidad}}{\text{Cantidad}} \times 100 = \% \text{ obtenido}$

- OBSERVACIONES Y/O AREAS DE MEJORA:



9.- ANEXO

Planilla de resumen para establecer días con temperatura dentro de rango y cumplen con el protocolo de registro.

DIA/ Requisitos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
T° dentro de rangos establecidos																															
Lápiz rojo para T° máximas																															
Lápiz verde para T° del momento																															
Lápiz azul para T° mínimas																															
Registro mediante puntos																															
Puntos unidos por líneas																															
CUMPLE (SI/NO)																															

- Si no aplica requisito, registrar NA
- Observaciones:

Nombre evaluador:

Fecha:

Firma: