

EQUIPO	FECHA INICIO TEST	HORA DE INICIO	RESPONSABLE INICIO	FECHA RETIRO	HORA RETIRO	RESPONSABLE RETIRO	NUMERO CARGA	RESULTADO	VERIFICADOR
PPhoenix	13.07.23	11:02	Puma U.	13.07.23	14:07	Carmen Mulla	2234	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. steaerothermophilus 2023-01-25 LOT 33040 P
Staleo	21.07.23	14:54	Puma	21.07.23	19:00	Febe U.	4744	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. steaerothermophilus 2023-01-25 LOT 33040 P
PPhoenix	21.07.23	15:48	Fede	21.07.23	19:00	Febe U.	2248	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. steaerothermophilus 2023-01-25 LOT 33040 P
PHOENIX.	27.7.23	09:00	Febe	27.7.23	12:30	Puma	2257	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. steaerothermophilus 2023-03-02 LOT 33040 P
STEELCO.	27.07.23	09:20	Febe	27.7.23	12:35	Puma	4762	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. steaerothermophilus 2024-03-02 LOT 33040 S
PPhoenix	03.08.23	9:38	Puma	03.08.23	12:50	Carmen	2269	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. steaerothermophilus 2024-03-02 LOT 33040 P
Staleo	10.08.23	9:23	Puma	10.08.23	12:24	Carmen	41816	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. steaerothermophilus 2024-03-02 LOT 33040 S
PPhoenix	10.08.23	9:39	Puma	10.08.23	12:42	Puma	2280	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. steaerothermophilus 2024-03-02 LOT 33040 P
PPhoenix	14.08.23	9:11	Puma	14.08.23	12:15	Puma	8286	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. steaerothermophilus 2024-03-02 LOT 33040 P