

EQUIPO	FECHA INICIO TEST	HORA DE INICIO	RESPONSABLE INICIO	FECHA RETIRO	HORA RETIRO	RESPONSABLE RETIRO	NUMERO DE CARGA	RESULTADO	VERIFICADOR
PHOENIX	02. MARZO 23	09:51	FEBE	02-03-23	12:53		2112	-	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. stearothermophilus P
STEELCO	02. MARZO 23	09:51	FEBE	02-03-23	12:53	Carmen, M	4227	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. stearothermophilus S
PHOENIX	09. marzo 23	10:39	Carmen	02. 3. 23	14:28	Astuid	2122	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. stearothermophilus P
Steelco	09. marzo 23	10:39	Carmen	02. 3. 23	14:28	Astuid	4249	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. stearothermophilus S
Steelco	16. marzo 23	11:27	Carmen	16.03.23	14:56	Carmen	4272	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. stearothermophilus S
PHOENIX	16. marzo 23	11:58	Carmen	16.03.23	15:00	Carmen	2130	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. stearothermophilus P
Steelco	23. 3. 23	9:51	Astuid	23. 3. 24	13:20	Astuid	4295	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. stearothermophilus S
PHOENIX	23. 3. 23	11:51	Astuid	23. 3. 23	15:32	Carmen	2141	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. stearothermophilus P
PHOENIX	30. 3. 23	9:12	Carmen	30. 3. 23	12:36	Carmen	2154	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. stearothermophilus P
STEELCO	30. 03. 23	09:17	FEBE	30-3-23	12:36	Carmen	4322	Negativo	3M Attest™ REF 1262 STEAM G. stearothermophilus S